

证书编号  
Certificate No.

822005666-003



绍兴市质量技术监督检测院  
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位  
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址  
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称  
Name of Instrument

药品阴凉箱

型号/规格  
Type/Specification

HYC-630L

出厂编号  
Serial Number

1

制造单位  
Manufacturer

青岛海尔生物医疗股份有限公司

校准依据  
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

批准人  
Approved by

核验员  
Checked by

校准员  
Calibrated by



接收日期

Date of receipt

2022

年

02

月

28

日

校准日期

Date of Calibration

2022

年

02

月

28

日

批准日期

Date of Verification

2022

年

03

月

04

日

计量校准机构备案号:【2014】浙量校(绍)F001号

Calibration Institution Record No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市上虞区沥海镇花宫道8号

Add. No.8.HuaGong road,LiHai town,ShangYu district,ShaoXing,Zhejiang.china

电话:(tel)0575-88132742

投诉电话(Tel):0575-88132732

邮编(Zip):312366

网址(Net add):www.stiq.org

传真(Fax):0575-88409600





## 本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度: (-30~20) 0) °C, 湿度: (30 ~90) %RH	温度 $U=0.1^{\circ}\text{C}$ , $k=2$ ; 湿度 $U=1.1\%\text{RH}$ , $k=2$	浙江省计量科学研究院	RG-20210502108、 RG-20210600032 2022-05-16

## 校准地点、环境条件:

Place &amp; Environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度: 22.5 °C

Temperature

湿度: 58 %RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

## 校准结果:

Result of Calibration

设定温度 (°C)	温度偏差上偏差 (°C)	温度偏差下偏差 (°C)	温度均匀度 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
5.0	+1.63	-0.05	1.09	±0.36

本次校准结果扩展不确定度:  $U=0.4^{\circ}\text{C}$   $k=2$ 

以下空白

注:

Statement:

1、未经本院批准许可,不得部分复制此证书。

The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)