

证书编号
Certificate No.

822005666-004



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

药品阴凉箱

型号/规格
Type/Specification

HYC-630L

出厂编号
Serial Number

2

制造单位
Manufacturer

青岛海尔生物医疗股份有限公司

校准依据
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

[Signature]

核验员
Checked by

[Signature]

校准员
Calibrated by

[Signature]

接收日期
Date of receipt

2022

年

02

月

28

日

校准日期
Date of Calibration

2022

年

02

月

28

日

批准日期
Date of Verification

2022

年

03

月

04

日

计量校准机构备案号:【2014】浙量校(绍)F001号

电话:(tel)0575-88132742

Calibration Institution Record No:【2014】浙量校(绍)F001号

投诉电话(Tel):0575-88132732

地址:浙江省绍兴市上虞区沥海镇花宫道8号

邮编(Zip):312366

Add. No.8,HuaGong road,LiHai town,ShangYu district,ShaoXing,Zhejiang,china

网址(Net add):www.stiq.org

传真(Fax):0575-88409600

绍兴市质量技术监督检测院

SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

证书编号

Certificate No.



822005666-004

本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验箱 设备自动检定系 统	温度: $-1-30-20$ 0) °C, 湿度: (30 -90) %RH	温度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度 $\pm 1.1\%\text{RH}$, $k=2$	浙江省计量科学研 究院	RG-20210502108、 RG-20210600032 2022-05-16

校准地点、环境条件:

Place & Environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度: 22.5°C

Temperature

湿度: 58 %RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

校准结果:

Result of Calibration

设定温度 (°C)	温度偏差上偏差 (°C)	温度偏差下偏差 (°C)	温度均匀度 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
5.0	+0.11	-2.14	1.49	± 0.35

本次校准结果扩展不确定度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白

注:

1、未经本院批准许可,不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)

第 2 页 共 2 页

Page of