

证书编号:
Certificate No.



823009669-001



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

医用冷藏箱

型号/规格
Type/Specification

YC-626

出厂编号
Serial Number

5562 6073 9009 2C7T 0009

制造单位
Manufacturer

澳柯玛股份有限公司

校准依据
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

李铁军

核验员
Checked by

陈振辉

校准员
Calibrated by

赵玉峰



接收日期
Date of receipt
校准日期
Date of Calibration
批准日期
Date of Verification

2023

年
Year
年
Year
年
Year

03

月
Month
月
Month
月
Month

03

日
Day
日
Day
日
Day

2023

03

月

03

日

2023

03

月

06

日

计量检定机构授权证书号:【2014】浙量校(绍)F001号

Authorization Certificate No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道花官道8号

Add. No 8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang,
China

传真(Fax): 0575-88409600

电话:(tel)0575-88132742

投诉电话(Tel): 0575-88132732

邮编(Zip): 312000

网址(Net add): www.stiq.org

绍兴市质量技术监督检测院

SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

证书编号:

Certificate No.

823009669-001

本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度: (-60~300)℃; 湿度: (30~95)%RH	温度 $U=0.06^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度 $U=1.1\%\text{RH}$, $k=2$	浙江省计量科学研究院	RG-20220552217~ RG-20220552591 2023-05-22

校准地点、环境条件:

Place & Environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度: 20.5℃

Temperature

湿度: 60%RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

校准结果:

Result of Calibration

设定温度 (℃)	温度偏差上偏差 (℃)	温度偏差下偏差 (℃)	温度均匀度 (℃)	温度波动度 (℃/30min)
5.5	+0.64	-1.87	0.91	±1.03

本次校准结果扩展不确定度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白

注: 1、未经本院批准许可, 不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)

证书编号:
Certificate No.

823009669-002



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

医用冷藏箱

型号/规格
Type/Specification

YC-626

出厂编号
Serial Number

5562 6073 9009 2C7T 0018

制造单位
Manufacturer

澳柯玛股份有限公司

校准依据
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

核验员
Checked by

校准员
Calibrated by

接收日期
Date of receipt

校准日期
Date of Calibration

批准日期
Date of Verification

2023	年	03	月	03	日
2023	年	03	月	03	日
2023	年	03	月	06	日

计量检定机构授权证书号:【2014】浙量校(绍)F001号

Authorization Certificate No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号

Add. No.8, Huangong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang,
China

传真(Fax): 0575-88409600

电话:(tel)0575-88132742

投诉电话(Tel): 0575-88132732

邮编(Zip): 312000

网址(Net add): www.stiq.org



本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度: (-60~300)°C; 湿度: (30~95)%RH	温度 $l=0.06^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度 $l=1.1\%\text{RH}$, $k=2$	浙江省计量科学研究院	RG-20220552217~ RG-20220552591 2023-05-22

校准地点、环境条件:

Place&Environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度: 20.5 °C

Temperature

湿度: 60 %RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

校准结果:

Result of Calibration

设定温度 (°C)	温度偏差上偏差 (°C)	温度偏差下偏差 (°C)	温度均匀度 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
5.5	+0.54	-1.76	1.12	±0.86

本次校准结果扩展不确定度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$, $k=2$

以下空白

注: 1、未经本院批准许可, 不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)

证书编号:
Certificate No.



823009669-003



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

医用冷藏箱

型号/规格
Type/Specification

YC-626

出厂编号
Serial Number

5562 6070 0009 283H 0033

制造单位
Manufacturer

澳柯玛股份有限公司

校准依据
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

李铁军

核验员
Checked by

叶振群

校准员
Calibrated by

赵正祥

接收日期

Date of receipt

2023

年

03

月

03

日

校准日期

Date of Calibration

2023

年

03

月

03

日

批准日期

Date of Verification

2023

年

03

月

06

日

计量检定机构授权证书号:【2014】浙量校(绍)F001号

Authorization Certificate No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号

Add. No. 8, Huangong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang,

China

传真(Fax): 0575-88409600

电话:(tel)0575-88132742

投诉电话(Tel): 0575-88132732

邮编(Zip): 312000

网址(Net add): www.stiq.org



本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度: (-60~300) °C; 湿度: (30~95) %RH	温度 $l=0.06^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度 $l=1.1\%\text{RH}$, $k=2$	浙江省计量科学研究院	RG-20220552217~ RG-20220552591 2023-05-22

校准地点、环境条件:

Place & Environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度: 20.5 °C

Temperature

湿度: 60 %RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

校准结果:

Result of Calibration

设定温度 (°C)	温度偏差上偏差 (°C)	温度偏差下偏差 (°C)	温度均匀度 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
5.5	+0.54	-1.76	0.51	±1.00

本次校准结果扩展不确定度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白

注: 1、未经本院批准许可, 不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)

证书编号:
Certificate No.



823009670-001



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

药品阴凉箱

型号/规格
Type/Specification

HYC-630L

出厂编号
Serial Number

BE03L T00N0 0QJM5 AH9AZ

制造单位
Manufacturer

青岛海尔生物医疗股份有限公司

校准依据
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

马铁军

核验员
Checked by

许振辉

校准员
Calibrated by

赵志军



接收日期
Date of receipt
校准日期
Date of Calibration
批准日期
Date of Verification

2023
2023
2023

年
Year
年
Year
年
Year

03
03
03

月
Month
月
Month
月
Month

03
03
07

日
Day
日
Day
日
Day

计量检定机构授权证书号:【2014】浙量校(绍)F001号

Authorization Certificate No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号

Add. No.8, Huangong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang,
China

传真(Fax): 0575-88409600

电话:(tel)0575-88132742

投诉电话(Tel): 0575-88132732

邮编(Zip): 312000

网址(Net add): www.stiq.org



本次校准所使用主要测量设备：

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度：(-60~30 0)℃；湿度：(30~ 95)%RH	温度 $U=0.06^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$ ； 湿度 $U=1.1\%\text{RH}$ ， $k=2$	浙江省计量科学研究 院	RG-20220552217~ RG-20220552591 2023-05-22

校准地点、环境条件：

Place&Environmental conditions of the calibration

地点：委托方实验室

Place

温度：20.5℃

Temperature

湿度：60%RH

Humidity

大气压：/

Atmospheric pressure

校准结果：

Result of Calibration

设定温度 (℃)	温度偏差上偏差 (℃)	温度偏差下偏差 (℃)	温度均匀度 (℃)	温度波动度 (℃/30min)
15.0	+0.42	-1.30	1.14	±0.62
设定湿度 (%RH)	湿度偏差上偏差 (%RH)	湿度偏差下偏差 (%RH)	湿度均匀度 (%RH)	湿度波动度 (%RH/30min)
55	+4.94	+1.93	1.74	±0.89

本次校准结果扩展不确定度：温度： $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度： $U=2.4\%\text{RH}$ $k=2$

以下空白

注：1、未经本院批准许可，不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)

证书编号:
Certificate No.



823009670-002



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

药品阴凉箱

型号/规格
Type/Specification

HYC-630L

出厂编号
Serial Number

BE03L T00NO 0QJMA CDNJU

制造单位
Manufacturer

青岛海尔生物医疗股份有限公司

校准依据
Calibration standard

JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

马铁军

核验员
Checked by

陈振辉

校准员
Calibrated by

王仁祥

接收日期
Date of receipt
校准日期
Date of Calibration
批准日期
Date of Verification

2023

年
Year

03

月
Month

03

日
Day

2023

年
Year

03

月
Month

03

日
Day

2023

年
Year

03

月
Month

07

日
Day

计量检定机构授权证书号:【2014】浙量校(绍)F001号

Authorization Certificate No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道花官道8号

Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China

传真(Fax): 0575-88409600

电话:(tel)0575-88132742

投诉电话(Tel): 0575-88132732

邮编(Zip): 312000

网址(Net add): www.stiq.org

本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度: (-60~30 0) °C; 湿度: (30~ 95)%RH	温度 $l=0.06^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿度 $l=1.1\%\text{RH}$, $k=2$	浙江省计量科学研究院	RG-20220552217~ RG-20220552591 2023-05-22

校准地点、环境条件:

Place & Environmental conditions of the calibration

地点: 委托方实验室

Place

温度: 20.5 °C

Temperature

湿度: 60 %RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

校准结果:

Result of Calibration

设定温度 (°C)	温度偏差上偏差 (°C)	温度偏差下偏差 (°C)	温度均匀度 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
15.0	+1.48	+0.77	0.57	±0.12
设定湿度 (%RH)	湿度偏差上偏差 (%RH)	湿度偏差下偏差 (%RH)	湿度均匀度 (%RH)	湿度波动度 (%RH/30min)
55	+4.94	+1.62	1.09	±1.38

本次校准结果扩展不确定度: 温度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度: $U=2.4\%\text{RH}$ $k=2$

以下空白

注: 1、未经本院批准许可, 不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)