

证书编号:
Certificate No.



824070027-001



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市越城区中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

医用冷藏箱

型号/规格
Type/Specification

YC-626

出厂编号
Serial Number

1号

制造单位
Manufacturer

澳柯玛

校准依据
Calibration standard

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

马铁军

核验员
Checked by

马铁军

校准员
Calibrated by

马铁军

接收日期
Date of receipt

2024

年
Year

01

月
Month

29

日
Day

校准日期
Date of Calibration

2024

年
Year

01

月
Month

29

日
Day

批准日期
Date of Verification

2024

年
Year

01

月
Month

29

日
Day

计量校准机构备案号:【2014】浙量校(绍)F001号

Authorization Certificate No:【2014】浙量校(绍)F001号

地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号

Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China

传真(Fax): 0575-88409600

电话:(tel) 0575-88132742

投诉电话(Tel): 0575-88132732

邮编(Zip): 312000

网址(Net add): www.stiq.org



本次校准所使用主要测量设备：

Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备 自动检定系统	温度：(-60~30 0)℃；湿度：(30~9 5)%RH	温度 $U=0.06^{\circ}\text{C}$ ， $K=2$ ；湿 度 $U=1.1\%\text{RH}$ ， $K=2$	浙江省计量科学研 究院	RG-20230550875、 RG-20230551949 2024-05-11

校准地点、环境条件：

Place&Environmental conditions of the calibration

地点： 门诊四楼GCP药房

Place

温度： 19.0 °C

Temperature

湿度： 50 %RH

Humidity

大气压： /

Atmospheric pressure

校准结果：

Result of Calibration

设定温度 (°C)	温度上偏差 (°C)	温度下偏差 (°C)	温度均匀度 (°C)	温度波动度 (°C/30min)
5.0	+1.06	-1.18	0.90	±0.84



本次校准结果扩展不确定度： $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白

- 注： 1、未经本院批准许可，不得部分复制此证书。
Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
- 2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。
The data are valid only for the instrument(s)