

证书编号：
Certificate No.



824070028-001



绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址
Customer Address

绍兴市越城区中兴北路568号

器具名称
Name of Instrument

药品阴凉柜

型号/规格
Type/Specification

HYC-630L

出厂编号
Serial Number

1号

制造单位
Manufacturer

海尔

校准依据
Calibration standard

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人
Approved by

马铁军

核验员
Checked by

马铁军

校准员
Calibrated by

马铁军

接收日期

2024

年

01

月

29

日

Date of receipt

校准日期

2024

年

01

月

29

日

Date of Calibration

批准日期

2024

年

01

月

29

日

Date of Verification

计量校准机构备案号：【2014】浙量校（绍）F001号

Authorization Certificate No: 【2014】浙量校（绍）F001号

地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号

Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China

传真（Fax）：0575-88409600

电话：(tel) 0575-88132742

投诉电话（Tel）：0575-88132732

邮编（Zip）：312000

网址（Net add）：www.stiq.org



本次校准所使用主要测量设备:

Main equipment of measurement used in this calibration

| 名称 Name | 测量范围 Measuring range | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE. | 溯源机构名称 Name of traceability organization | 证书编号/有效期 Certificate No./Due date |
|-------------------|---|---|--|---|
| 温湿度试验设备 自动检定系统 | 温度: (-60~30 0) °C; 湿度: (30~9 5) %RH | 温度 $U=0.06^{\circ}\text{C}$, $k=2$; 湿 度 $U=1.1\%\text{RH}$, $k=2$ | 浙江省计量科学研 究院 | RG-20230550875、 RG-20230551949 2024-05-11 |

校准地点、环境条件:

Place&Environmental conditions of the calibration

地点: 门诊四楼GCP药房

Place

温度: 19.0 °C

Temperature

湿度: 50 %RH

Humidity

大气压: /

Atmospheric pressure

校准结果:

Result of Calibration

| 设定温度 (°C) | 温度上偏差 (°C) | 温度下偏差 (°C) | 温度均匀度 (°C) | 温度波动度 (°C/30min) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 15.0 | +1.16 | -0.58 | 1.01 | ±0.61 |

本次校准结果扩展不确定度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白

注: 1、未经本院批准许可, 不得部分复制此证书。

Statement: The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)