

证书编号：  
Certificate No.



824070028-002



绍兴市质量技术监督检测院  
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位  
Customer

绍兴市人民医院

委托单位地址  
Customer Address

绍兴市越城区中兴北路568号

器具名称  
Name of Instrument

药品阴凉柜

型号/规格  
Type/Specification

HYC-630L

出厂编号  
Serial Number

2号

制造单位  
Manufacturer

海尔

校准依据  
Calibration standard

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》



批准人  
Approved by

马铁军

核验员  
Checked by

马铁军

校准员  
Calibrated by

马铁军

接收日期

Date of receipt

2024

年

01

月

29

日

校准日期

Date of Calibration

2024

年

01

月

29

日

批准日期

Date of Verification

2024

年

01

月

29

日

计量校准机构备案号：【2014】浙量校（绍）F001号

Authorization Certificate No: 【2014】浙量校（绍）F001号

地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号

Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China

传真（Fax）：0575-88409600

电话：(tel)0575-88132742

投诉电话（Tel）：0575-88132732

邮编（Zip）：312000

网址（Net add）：www.stiq.org



## 本次校准所使用主要测量设备：

Main equipment of measurement used in this calibration

| 名称<br>Name        | 测量范围<br>Measuring range             | 不确定度/准确度等级<br>/最大允许误差<br>Uncertainty or Accuracy Class<br>or MPE.      | 溯源机构名称<br>Name of traceability<br>organization | 证书编号/有效期<br>Certificate No./Due date            |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| 温湿度试验设备<br>自动检定系统 | 温度：(-60-30<br>0)℃；湿度：(30-9<br>5)%RH | 温度 $U=0.06^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$ ；湿<br>度 $U=1.1\%\text{RH}$ ， $k=2$ | 浙江省计量科学研<br>究院                                 | RG-20230550875、<br>RG-20230551949<br>2024-05-11 |

## 校准地点、环境条件：

Place&amp;Environmental conditions of the calibration

地点：门诊四楼GCP药房

Place

温度：19.0℃

Temperature

湿度：50 %RH

Humidity

大气压：/

Atmospheric pressure

## 校准结果：

Result of Calibration

| 设定温度<br>(℃) | 温度上偏差<br>(℃) | 温度下偏差<br>(℃) | 温度均匀度<br>(℃) | 温度波动度<br>(℃/30min) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 16.0        | +1.51        | -0.48        | 0.74         | ±0.65              |

本次校准结果扩展不确定度： $U=0.4^{\circ}\text{C}$   $k=2$ 

以下空白

注：

Statement:

1、未经本院批准许可，不得部分复制此证书。

The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)