



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L12219

浙江科检计量检测有限公司

ZHEJIANG KEJIAN METROLOGY & TEST CO., LTD.

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

ACP 档案室

证书编号: KJZ2023022527001

Certificate No.

委托方	绍兴市人民医院
委托方地址	绍兴市越城区中兴北路568号
器具名称	无线温湿度传感器
制造厂	宁波采视物联科技有限公司
型号/规格	RF220
器具准确度	/
器具编号	51470
接收日期	2023 年 02 月 21 日
校准日期	2023 年 02 月 25 日
签发日期	2023 年 02 月 27 日

签发人	周路
核验员	黄强
校准员	周路



实验室地址: 浙江省宁波市江北区长兴路199号宁波柯力人工智能研发中心A1313室

邮编(Post Code): 315400

ADD: Room A1313, Ningbo keli AI R&D center, No.199 changxing Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China.

电话(Tel): 0574-87091835

传真(Fax): 0574-87085302

邮箱(E-mail): kejian@zjkjl.com

网址(Web Site): www.zjkjl.com

未经本实验室批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by the laboratory.

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code, name)

JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号/溯源单位 Certificate No./Traceability unit	标准器具 有效期至 Due date	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等 级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error
精密露点仪(温度) ACG-CM2080E	43073956	RD147220412014 宁波市计量测试研究院	2023-04-11	(5~50)°C	MPE:±0.1°C
精密露点仪(露点) ACG-CM2080E	43073956	GFJGJL1001221203374 中国航空工业集团公司 北京长城计量测试技术 研究所	2023-12-18	露点(-10~20)°C	MPE:±0.2°C

校准地点及环境条件:

Location and environmental condition for the calibration

地点: 本公司检测室1

Location

温度: 19.7 °C

Temperature

湿度: 50 %RH

Relative humidity

其他: /

others

校准结果/说明:

Directions

项目	校准点	误差	扩展不确定度 U , $k=2$
温度	15°C	-0.4°C	0.6°C
	20°C	-0.2°C	
	30°C	-0.4°C	
湿度(20°C)	40%RH	10.3%RH	3.0%RH
	60%RH	3.6%RH	
	80%RH	-4.3%RH	

建议: 根据客户要求和校准文件的规定, 通常情况下12个月校准一次。

【以下空白】