



档案室

# 中科计量检测(浙江)有限公司

Zhongke Measurement and Testing (Zhejiang) Co., Ltd

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号

Certificate No.

2025CN0117006

委托方

Customer

绍兴市人民医院

委托方地址

Address of customer

浙江省绍兴市越城区中兴北路568号

器具名称

Name of instrument

无线温湿度传感器

型号/规格

Model/Specification

RF220

制造厂

Manufacturer

宁波采视物联科技有限公司

器具编号

No. of instrument

56084

批准人

Approved by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by



发布日期

Issue Date

2025

年

Year

01

月

Month

17

日

Day





1.中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书号: L14928。  
The number of the certificate accredited by CNAS is No.L14928.

2.本实验室符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求。

This laboratory meets the requirements of ISO/IEC 17025:2017《General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Laboratories》.

3.本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位。

Calibration results of this certificate are traceable to International system of Units (SI).

4.证书中如有最大允许误差,判定结果,仅供参考,其中“P”代表“合格”,“F”代表“不合格”。证书中结论判定是指测得值是否符合规定要求的限定值,而使用人员还应结合实际测量要求,评估校准结果测量不确定度对符合性评定的影响。

MPE & judgement result in the data sheet is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail". The judgement is made on the basis of whether the measured value conforms to the limited value specified in the regulation, whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement.

5.本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code, name)

JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

6.本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号 /有效期限 Certificate No./Due date	测量范围/准确度等级或 最大允许误差或不确定度 Measurement range/Accuracy class/ Maximum permissible error/Uncertainty	溯源机构 Traceability institution
精密露点仪 OPT401-GP5-C1	161505/1615 09/161673	2024E13-20- 5585173001 2025-11-07	(30~90)%RH 二级	上海市计量测试技术 研究院
精密露点仪(温度) OPT401-GP5-C1	161505/1615 09	2024E11-10- 5585164001 2025-11-19	(5~50)℃ $U=0.1^{\circ}\text{C}$ ( $k=2$ )	上海市计量测试技术 研究院

7.校准地点及环境条件:

Location and environmental condition for the calibration

地点: 浙江省宁波市鄞州区高新区新梅路518号奥创中心A幢505热学实验室

Location

温度: 20.3 ℃

Temperature

相对湿度: 45.5 %

Relative humidity

其他: /

Others

8. 受样日期:

Received Date

2025年01月17日

校准日期:

Calibration Date

2025年01月17日

9. 备注:

Note

建议复校周期 12 个月

校准证书续页专用

Continued page of calibration certificate

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s)





校准结果/说明 (续页):

Results of calibration and additional explanation (continued page)

- 一、通用技术要求检查: 符合要求  
General technical requirements inspection: meet the requirement

二、

校准点温度/°C	标准值/°C	被检仪器示值/°C	示值误差/°C
15	15.2	15.0	-0.2
20	20.1	19.8	-0.3
30	30.1	29.9	-0.2
校准点湿度/%RH (20°C时)	标准值/%RH	被检仪器示值/%RH	示值误差/%RH
40	40.3	43.9	2.7
60	60.5	62.8	2.3
80	80.3	82.7	2.4

- 三、本次校准的示值误差扩展不确定度: 温度:  $U=0.5^{\circ}\text{C}$  ( $k=2$ ) 湿度:  $U=1.3\%\text{RH}$  ( $k=2$ )  
Expanded uncertainty of indication error in this calibration

以下空白  
(The below is blank)