中国认可 校准 CALIBRATION CNAS L0868

证书编号：
Certificate No. 826003846-002

绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位 Customer	绍兴市人民医院（昌安院区）
委托单位地址 Customer Address	绍兴市越城区中兴北路568号
器具名称 Name of Instrument	医用冷藏箱
型号/规格 Type/Specification	YC-626
出厂编号 Serial Number	55626073900920C7T0018
制造单位 Manufacturer	澳柯玛
校准依据 Calibration standard	JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

（校准专用章）
Calibration stamp

批准人 Approved by

核验员 Checked by

校准员 Calibrated by

接收日期 Date of receipt	2026	年 Year	01	月 Month	04	日 Day
校准日期 Date of Calibration	2026	年 Year	01	月 Month	04	日 Day
批准日期 Date of Verification	2026	年 Year	01	月 Month	05	日 Day

计量校准机构备案号：【2014】浙量校（绍）F001号
Authorization Certificate No: 【2014】浙量校（绍）F001号
地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号
Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China
传真（Fax）：0575-88409600
电话:(tel)0575-88132742
投诉电话（Tel）：0575-88132732
邮 编（Zip）：312000
网 址(Net add)：www.stiq.org

本次校准所使用主要测量设备：
Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度：(-60-300)℃；湿度：(30-95)%RH	温度U=0.06℃，k=2;湿度U=1.1%RH，k=2	浙江省质量科学研究院	XZRG-20250550559、XZRG-20250453370 2026-04-29

校准地点、环境条件：
Place&Environmental conditions of the calibration

地点： GCP药房
Place

温度： 19.0 ℃ Temperature

湿度： 53 %RH Humidity

大气压： Atmospheric pressure

校准结果：
Results of Calibration

温度设定值（℃）	温度上偏差（℃）	温度下偏差（℃）	温度均匀度（℃）	温度波动度（℃/30min）
5.0	-0.12	-1.46	0.75	±0.42

温度偏差校准结果测量不确定度：U =0.40℃, k＝2。

以下空白

注： 1、未经本院批准许可，不得部分复制此证书。
Statement: The certificate shall not be reproduced except in full， without the written approval of the laboratory.
2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。
The data are valid only for the instrument(s)