中国认可 校准 CALIBRATION CNAS L0868

证书编号：
Certificate No. 826003847-001

# 绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

# 校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

| | |
|---|---|
| 委托单位 Customer | 绍兴市人民医院（昌安院区） |
| 委托单位地址 Customer Address | 绍兴市越城区中兴北路568号 |
| 器具名称 Name of Instrument | 药品阴凉柜 |
| 型号/规格 Type/Specification | HYC-630L |
| 出厂编号 Serial Number | BE03LT00N00QJM5AH9AZ |
| 制造单位 Manufacturer | 海尔 |
| 校准依据 Calibration standard | JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 |

（校准专用章）
Calibration stamp

批准人 Approved by

核验员 Checked by

校准员 Calibrated by

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收日期 Date of receipt | 2026 | 年 Year | 01 | 月 Month | 04 | 日 Day |
| 校准日期 Date of Calibration | 2026 | 年 Year | 01 | 月 Month | 04 | 日 Day |
| 批准日期 Date of Verification | 2026 | 年 Year | 01 | 月 Month | 05 | 日 Day |


计量校准机构备案号：【2014】浙量校（绍）F001号
Authorization Certificate No: 【2014】浙量校（绍）F001号
地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号
Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China
传真（Fax）：0575-88409600
电话:(tel)0575-88132742
投诉电话（Tel）：0575-88132732
邮 编（Zip）：312000
网 址(Net add)：www.stiq.org

本次校准所使用主要测量设备：
Main equipment of measurement used in this calibration

| 名称 Name | 测量范围 Measuring range | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE. | 溯源机构名称 Name of traceability organization | 证书编号/有效期 Certificate No./Due date |
|---|---|---|---|---|
| 温湿度试验设备自动检定系统 | 温度：(-60-300)℃；湿度：(30-95)%RH | 温度$U$=0.06℃，$k$=2;湿度$U$=1.1%RH，$k$=2 | 浙江省质量科学研究院 | XZRG-20250550559、XZRG-20250453370 2026-04-29 |

校准地点、环境条件：
Place&Environmental conditions of the calibration

地点： GCP药房
Place

温度： 19.0 ℃
Temperature

湿度： 53 %RH
Humidity

大气压：
Atmospheric pressure

## 校准结果：
Results of Calibration

| 温度设定值（℃） | 温度上偏差（℃） | 温度下偏差（℃） | 温度均匀度（℃） | 温度波动度（℃/30min） |
|---|---|---|---|---|
| 16.0 | +1.91 | +0.24 | 0.80 | ±0.56 |

温度偏差校准结果测量不确定度：$U$ =0.40℃, $k$＝2。

以下空白

注： 1、未经本院批准许可，不得部分复制此证书。
Statement: The certificate shall not be reproduced except in full， without the written approval of the laboratory.
2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。
The data are valid only for the instrument(s)