证书编号：
Certificate No. 825000150-003

绍兴市质量技术监督检测院
SHAOXING TEST INSTITUTE OF QUALITY AND TECHNICAL SUPERVISION

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

委托单位 Customer	绍兴市人民医院
委托单位地址 Customer Address	绍兴市越城区
器具名称 Name of Instrument	医用冷藏箱
型号/规格 Type/Specification	YC-626
出厂编号 Serial Number	5562607390092C7T0009
制造单位 Manufacturer	澳柯玛
校准依据 Calibrtion standard	JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

（校准专用章）
Calibration stamp

批准人 Approved by

核验员 Checked by

校准员 Calibrated by

接收日期 Date of receipt	2025	年 Year	01	月 Month	03	日 Day
校准日期 Date of Calibration	2025	年 Year	01	月 Month	03	日 Day
批准日期 Date of Verification	2025	年 Year	01	月 Month	03	日 Day

计量校准机构备案号：【2014】浙量校（绍）F001号
Authorization Certificate No:【2014】浙量校（绍）F001号
地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道8号
Add. No.8, Huagong Street, Lihai Subdistrict, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China
传真（Fax）：0575-88409600
电话:(tel)0575-88132742
投诉电话（Tel）：0575-88132732
邮 编（Zip）：312000
网 址(Net add)：www.stiq.org

本次校准所使用主要测量设备：
Main equipment of measurement used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	溯源机构名称 Name of traceability organization	证书编号/有效期 Certificate No./Due date
温湿度试验设备自动检定系统	温度：(-60～300)℃；湿度：(30～95)%RH	温度 U=0.06℃，k=2；湿度 U=1.1%RH，k=2	浙江省质量科学研究院	XZRG-20250450213、XZRG-20250450487 2026-04-01

校准地点、环境条件：
Place&Environmental conditions of the calibration

地点：DCP药房
Place

温度：18.0 ℃ Temperature　　湿度：58 %RH Humidity　　大气压：/ Atmospheric pressure

校准结果：
Result of Calibration

设定温度(℃)	温度上偏差(℃)	温度下偏差(℃)	温度均匀度(℃)	温度波动度(℃/30min)
5.0	+0.92	-0.99	1.68	±0.49
设定湿度(%RH)	湿度上偏差(%RH)	湿度下偏差(%RH)	湿度均匀度(%RH)	湿度波动度(%RH/30min)
60	+1.9	0.0	0.6	±0.9

本次校准结果扩展不确定度：温度：U=0.40℃　k=2

湿度：U=2.4%RH　k=2

以下空白

注：1、未经本院批准许可，不得部分复制此证书。
Statement: The certificate shall not be reproduced except in full，without the written approval of the laboratory.
2、本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。
The data are valid only for the instrument(s)