中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L14928

中科计量检测（浙江）有限公司

Zhongke Measurement and Testing (Zhejiang) Co., Ltd

校 准 证 书

Calibration Certificate

证书编号 Certificate No.：2026CB0114006

委 托 方 Customer：绍兴市人民医院

委托方地址 Address of customer：浙江省绍兴市越城区中兴北路568号

器 具 名 称 Name of instrument：无线温湿度传感器

型 号/规 格 Model/Specification：RF220

制 造 厂 Manufacturer：宁波采视物联科技有限公司

器 具 编 号 No. of instrument：52285

批 准 人 Approved by：

核 验 员 Checked by：

校 准 员 Calibrated by：

（机构校准专用章）Stamp

发布日期 Issue Date：2026 年 Year 01 月 Month 14 日 Day

1.中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书号：L14928。
The number of the certificate accredited by CNAS is No.L14928.

2.本实验室符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求。
This laboratory meets the requirements of ISO/IEC 17025:2017《General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Laboratories》.

3.本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位。
Calibration results of this certificate are traceable to International system of Units (SI).

4.证书中如有最大允许误差，判定结果，仅供参考，其中"P"代表"合格"，"F"代表"不合格"。证书中结论判定是指测得值是否符合规定要求的限定值，而使用人员还应结合实际测量要求，评估校准结果测量不确定度对符合性评定的影响。
MPE & judgement result in the data sheet is only for reference,"P"represents"Pass"and"F"represents "Fail".The judgement is made on the basis of whether the measured value conforms to the limited value specified in the regulation,whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement.

5.本次校准所依据的技术规范（代号、名称）：
Reference documents for the calibration (code、name)

JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

6.本次校准所使用的主要计量标准器具：
Main measurement standards used in this calibration

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date	测量范围/准确度等级或最大允许误差或不确定度 Measurement range/Accuracy class/Maximum permissible error/Uncertainty	溯源机构 Traceability institution
精密露点仪 OPT401-GP5-C1	161505/161509/161673	2025E13-20-6187704001 2026-11-03	(30～90)%RH 二级	上海市计量测试技术研究院
精密露点仪（温度） OPT401-GP5-C1	161505/161509	2025E11-10-6187697001 2026-11-06	(5～50)℃ U=0.1℃（k=2）	上海市计量测试技术研究院

7.校准地点及环境条件：
Location and environmental condition for the calibration

地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新梅路518号奥创中心A幢505热学实验室
Location

温度：20.9 ℃ Temperature　相对湿度：45.9 % Relative humidity　其他：/ Others

8.受样日期： 2026年01月14日 Received Date　**校准日期：** 2026年01月14日 Calibration Date

9.备注： 建议复校周期 12 个月
Note

校准结果/说明（续页）：

Results of calibration and additional explanation（continued page）

一、通用技术要求检查：　　符合要求

General technical requirements inspection:　　meet the requirement

二、

校准点温度/℃	标准值/℃	被检仪器示值/℃	示值误差/℃
15	15.1	15.0	-0.1
20	20.1	19.9	-0.2
30	30.1	29.9	-0.2
校准点湿度/%RH（20℃时）	标准值/%RH	被检仪器示值/%RH	示值误差/%RH
40	40.3	41.5	1.4
60	60.2	61.1	0.9
80	80.1	79.4	-0.7

三、本次校准的示值误差扩展不确定度：温度：U=0.5℃（k=2） 湿度：U=1.3%RH （k=2）

Expanded uncertainty of indication error in this calibration

以下空白

（The below is blank）